

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区
汽车电子工业园茅店山二路
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>
邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
传真 (Fax): 027-81925137

测试报告

TEST REPORT

证书编号:
Certificate No.

委托方名称
Customer

上海勘测设计研究院有限公司

委托方地址
Address

上海市逸仙路388号

器具名称
Name Of Sample

手持高精度SF6气体检漏仪

制造厂商
Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

型号规格
Model/Type

XP-1A

器具编号
No Of Sample

1711308

测试依据
Reference Documents

参照: JJF 1263—2010 六氟化硫检测报警仪校准规范

环境条件
Environmental condition

温度: 17.2°C
Temperature

相对湿度 41 %
R.H.

其它: _____
Others

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

发证日期
Calibration date



2024 年 04 月 13 日
Y M D

证书批准人
Approved by

核 验
Checked by

测 试
Tested by

石曙光
张瑞强
赵国建

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明: 本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。

测试结果

Results Of Test

通入 $99.0\mu\text{mol/mol}$ 空气中六氟化硫气体标准物质, 仪器在灵敏度四档, 声光报警正常, 报警灯红灯亮二盏。

以下空白

研究院